


比例 1:1



技术要求:

1. 材质: 医疗或食品等级 PVC等材质, 不可用BPA、DEHP材料);
2. 接线头内径2.0mm, 连接客户设备时需要能承受5±2磅的拉力; (约1.360KG-3.175KG);
3. 线材承受拉力≥10磅(约4.53kg);
4. 线芯要求金属材料。

REV	DATE	DESCRIPTION	APPROVED	REVISER

 第三角法 UNIT MM	NAME	导线	MATERIAL		APPROVED	
	PART NO.		DATE	2015.03.09	CHECK	
	DRAW NO.		PAGE	1-1	DESIGNED	LVF

EBULENT OPTRONICS
溢洋光电

For Customer: Approval Date: Approved by: Please Confirm This Drawing On/Before